

Enliah Intended Use: MISSION CONTROL™ Blood Gas and Electrolyte Control is an assayed quality control material intended for monitoring the measurements of pH/pCO₂, pO₂ in blood gas analyzers and sodium, potassium, chloride, lithium, ionized calcium and total carbon dioxide in ISE electrolyte analyzers. Product Description: This control material is provided for monitoring analyzer performance. It is packaged in sealed glass ampules, each containing approximately 1.8 ml of solution. Ampules are packaged 10 per tray with each box containing 3 trays, for a total of 30 ampules per box. Active Ingredients: MISSION CONTROL™ is a buffered solution of electrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, LiH, HCO₃/CO₃); it has been equilibrated with specific levels of CO₂, O₂, and N₂. This control contains no human-based materials. Directions for Use Immediately introduce the liquid from the ampule to the analyzer, following the instrument manufacturer's instructions for sampling a control material. Use direct aspiration, syringe transfer, or capillary tube techniques. Limitation: 1. This control is sensitive to many instrument related factors that affect analytical results. Because it is not a blood-based material, it may not detect certain malfunctions, which would affect the testing of blood. 2. This product is intended for use as a quality control material and can assist in evaluating the performance of laboratory instruments. It is not for use as a calibration standard and its use should not replace other aspects of a complete quality control program. Storage: Store at 18-25°C. Avoid freezing and exposure to temperatures greater than 30°C. You may also store at 4-25°C without adverse effect. Expected Ranges: The values for each control analyte on the enclosed Expected Ranges Chart are based on multiple determinations performed on randomly selected samples from each lot. The listing for each instrument represents the expected range for these ampules when tested at 23°C. (Note: pO₂ values will vary inversely by about one percent (1%) per degree C that the temperature of the ampules varies from 23°C). The Expected Ranges are provided as a guide in evaluating analyzer performance. Since instrument design and operating conditions may vary, each laboratory should establish its own expected values and control limits. The mean value established should fall within the Expected Ranges shown on the chart.	DEUTSCH Vorgesehener Gebrauch: MISSION CONTROL™ Blutgas- und Elektrolyt-Kontrolle ist eine Qualitätskontrollprüfung, die zur Überwachung der Messungen des pH-Wertes/pCO₂, pO₂ in Blutgasanalysatoren und Natrium, Kalium, Chlorid, Lithium, ionisiertes Calcium und Total-Kohlendioxid in ISE-Elektrolyt-Analysatoren dient. Produktbeschreibung: Diese Kontrolle dient für die Überwachung der Analyatorleistung. Es ist in verschlossenen Glasampullen gepackte mit jeweils etwa 1,8 ml Lösung. Ein Karton beinhaltet 3 Fächer mit jeweils 10 Ampullen. Es sind insgesamt 30 Ampullen pro Karton. Aktive Inhaltsstoffe: MISSION CONTROL™ ist eine gepufferte Lösung von Elektrolyten (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, LiH, HCO₃/CO₃); Diese wurde mit bestimmten Ebenen von CO₂, O₂ und N₂ equilibriert. Diese Kontrolle enthält keine menschlichen Grundmaterialien. Gebrauchsanweisung: Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Analysator ein und folgen Sie den Hersteller-Anweisungen für die Probenahme des Kontrollmaterials. Verfahren Sie mit Direktentführung, Spritzentransfer oder Kapillar-Modus-Techniken Limitation: 1. Diese Kontrolle ist auf viele Instrument-bezogenen Faktoren empfindlich, die das analytische Ergebnis verfälschen kann. Da es kein echtes Blutmaterial ist, kann es daher keine Störungen, die sich in der Untersuchung von richtigem Blut zeigt, erkennen. 2. Dieses Produkt dient als Qualitätskontrolle und soll als Bewerter für die Leistung von Laborgeräten eingesetzt werden. Es ist kein Kalibrierstandard und dessen Verwendung sollte nicht an Stelle von anderen kompletten Qualitätskontrol-Programmen Ersatz leisten. Lagerung: Bei 18-25 °C aufbewahren. Vermeiden Sie Einfrierung und Aussetzung bei Temperaturen von mehr als 30 °C. Die Lagerung bei 4-25 °C ist ohne negative Auswirkung. Wertbereiche: Die Werte für jeden Kontrollanalyt auf der beiliegenden Wertbereichstabelle basieren auf mehreren Ermittlungen, die von zufällig ausgewählten Proben von jeder Partie stammen. Die Liste für jedes Instrument beschreibt die erwartete Resultat für die jeweilige Ampulle bei der Prüfung bei 23°C. (Hinweis: pO₂ Werte variieren umgekehrt um ein rundet ein Prozent (1%) pro Grad C, die Temperatur der Ampulle variiert um 23°C). Die erwarteten Wertbereiche sollen als Leitfaden bei der Bewertung der Leistung von Analysengeräten dienen. Da die Instrumentausführung und Betriebsbedingungen variieren können, sollte jedes Labor seine eigenen Wertebereichen und Kontrollbeschränkungen erstellen. Der selbst-erstellte Mittelwert sollte dem auf der vorgegebenen Wertbereichstabelle entsprechen.	FRAÇAIS Utilisation prévue : MISSION CONTROL™ Contrôle de gaz et d'électrolyte de sang est un matériel pour analyse de contrôle de qualité destiné à surveiller les mesures de pH/pCO₂, pO₂ en analyseurs et sodium et gaz de sang, potassium, chlorure, lithium, calcium ionisé et anhydride carbonique total dans des analyseurs d'électrolyte DTSE. Description de produit : Ce matériel de contrôle est destiné pour surveiller l'exécution d'analyseur. Il est emballé dans les ampoules de verre scellées, chaque que contient approximativement 1,8 ml de solution. Les ampoules sont emballées par 10 par plateau avec chaque boîte contenant 3 plates. Substances actives : MISSION CONTROL™ est une solution tampon des électrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, LiH, HCO₃/CO₃). Elle a été équilibrée avec les niveaux spécifiques du CO₂, de l'O₂ et du N₂. Ce contrôle ne contient aucun matériaux human-basé. Notices d'emploi Introduire immédiatement le liquide de l'ampoule à l'analyseur, suivez les instructions du fabricant d'instrument pour prélever un matériel de contrôle. Utilisez l'aspiration directe, le transfert de seringue, ou les techniques de mode capillaire. Limitation : 1. Ce contrôle est sensible à beaucoup de facteurs relatifs par instrument qui affectent des résultats analytiques. Puisque ce n'est pas un matériel sang-basé, il peut ne pas détecter certains défauts de fonctionnement, qui affecteraient l'essai du sang. 2. Ce produit est prévu pour l'usage comme matériel de contrôle de qualité et peut aider à évaluer l'exécution des instruments de laboratoire. Il ne sert pas car un calibrage standard et son utilisation ne devraient pas remplacer d'autres aspects d'un pr Stockage : Stock à la température 18-25°C. Évitez de geler et exposer aux températures plus hautes que 30°C. Vous pouvez également stocker 4-25°C sans effet adverse. Gammes prévues : Les valeurs pour chaque analyte de contrôle sur le diagramme de gammes inclus sont basées sur des déterminations multiples effectuées sur les échantillons aléatoirement choisis provenant de chaque sort. La liste pour chaque instrument représente la gamme prévue pour ces ampoules une fois examinée à 23°C. (Note : les valeurs pO₂ changeront inversement par environ un pour cent (1%) par degré C que la température des ampoules change de 23°C). Les gammes prévues sont fournies comme guide dans l'évaluation de performance d'analyseur. Comme la conception d'instrument et les conditions de fonctionnement peut changer, chaque laboratoire devrait établir ses propres valeurs et limites de commande. La valeur moyenne établie devrait faire partie des marges prévues montrées sur le diagramme.	ESPAÑOL Uso: MISSION CONTROL™ para Gases Arteriales y Electroólitos es un material aprobado para el control de calidad en el monitorio de mediciones de pH/pCO₂, PO₂ en analizadores de gases arteriales y de sodio, potasio, cloro, litio, calcio ionizado y dióxido de carbono en analizadores de electrolitos. Descripción del Producto: Este material de control es suministrado para monitorar el funcionamiento del analizador. El paquete sellado contiene ampollitas de vidrio, cada una con aproximadamente 1.8 ml de solución. Las ampollitas están empaquetadas de a 10 unidades por bandeja y cada caja contiene 3 bandejas, para un total de 30 ampollitas por caja. Ingredientes Activos: MISSION CONTROL™ es una solución buffer de electrolitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, LiH, HCO₃/CO₃). Esta ha sido calibrada con niveles específicos de CO₂, O₂ y N₂. Esta solución de control no contiene ingredientes de base humana. Instrucción para su uso: Introduzca el líquido directamente al analizador, a través de la ampolla, siguiendo las instrucciones del fabricante del equipo, para muestra de material de control. Utilice con aspiración directa, transferencia por jeringa o técnicas capilares. Limitaciones: 1. Este control es sensible a muchos factores relacionados al instrumento que pueden afectar los resultados analíticos. Debido a que este material no tiene base sanguínea, no podrá detectar algunas anomalías que podrían afectar los resultados de pruebas de sangre. 2. La intención de este producto es que sea usado como material de control de calidad y pueda asistir en la evaluación del funcionamiento de instrumentos de laboratorio. Esta solución no es para ser usada como un estándar de calibración o no puede ser reemplazado en otros aspectos del programa de control de calidad. Almacenamiento: Almacenar entre 18-25°C. Evite su congelamiento y la exposición a altas temperaturas, mayores a 30°C. Usted puede también almacenarlo entre 4-25°C sin presentar efectos adversos. Rangos Esperados: El inserto con los valores esperados para cada parámetro se ha basado en múltiples determinaciones hechas con muestras seleccionadas aleatoriamente por cada lote. El listado para cada instrumento representa el rango esperado para prueba usando ampollitas a temperatura de 23°C. (Nota: Los valores de pO₂ pueden variar inversamente en un uno por ciento (1%) por cada grado Celsius en proporción a la variación de la temperatura desde los 23°C). Los rangos esperados se suministran como una guía en la evaluación del funcionamiento de los analizadores. Las condiciones pueden haber variado desde que los instrumentos fueron diseñados y cada laboratorio debiera de establecer su propio criterio de aceptación de valores.	PORTUGUÊS Uso pretendido: MISSION CONTROL™ Controle de gases sanguíneos e eletrólitos é um material ensaiado, que estabelece parâmetros para controle de qualidade de análises, usado para monitorar as medições de pH, pCO₂ e pO₂, em analisadores de gases sanguíneos, e sódio, potássio, cloroeto, lítio, cálcio ionizado e dióxido de carbono total, em analisadores de eletrólitos ISE. Descrição de produto: Este controle é fornecido para monitoramento de desempenho de analisadores. É enviado em ampoules de vidro seladas, cada uma contendo aproximadamente 1,8 ml de solução. As ampolas são dispostas em bandejas com 10 cada, embaladas em caixas com 3 bandejas, totalizando 30 ampolas por caixa. Ingredientes ativos: MISSION CONTROL™ é uma solução tamponada de eletrólitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, LiH, HCO₃/CO₃); equilibrada com níveis específicos de CO₂, O₂ e N₂. Este controle não contém material de origem humana. Instruções para uso: Introduza o líquido da ampola no analisador, imediatamente após abrir a ampola, seguindo as instruções do fabricante do equipamento, para amostra de material de controle. Use aspiração direta, transferência por seringa ou técnica capilar. Limitações: 1. Este controle é sensível a vários fatores relacionados aos equipamentos, que afetam resultados analíticos. Como não é um material de origem de sangue humano, não é capaz de detectar certas disfunções, o que afetaria o teste de sangue. 2. Este produto é para uso como controle de qualidade e pode auxiliar na avaliação do desempenho de instrumentos de laboratório. Não deve ser usado como padrão de calibração e seu uso não deve substituir outros programas completos de controle de qualidade. Armazenamento: Armazenar de 18 - 25°C. Evite congelamento e exposição a temperaturas superiores a 30°C. Também pode ser armazenado de 4 - 25°C, sem efeitos adversos. Valores esperados: Os valores para controle de cada analito, na Tabela de Valores Esperados (Expected Ranges Chart) anexa, foram baseados em múltiplas determinações realizadas, em amostras selecionadas aleatoriamente de cada lote. A lista de cada instrumento representa o valor esperado para aquela ampola, testada a 23°C. (Nota: valores de pO₂ variam inversamente, aproximadamente 1%, por grau C que a ampola varie de 23°C). As variações esperadas são fornecidas como um guia para avaliação de desempenho do analisador. Como o instrumento e as condições de operação podem variar, cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores e limites de controle. O valor médio estabelecido, dentro das variações previstas descritas nestas tabelas.	CHINESE 用途 MISSION CONTROL™ 血气和电解质质控是用于监测血气分析仪器测定的pH、pCO₂、pO₂以及电解质分析仪器测量的钠、钾、氯、锂、离子钙和总二氧化碳结合力分析质控物质。 产品介绍 本质控物质用于监测仪器的性能表现，它是密封在玻璃安瓿瓶里，每瓶约含有1.8毫升的溶液，每板由10个安瓿瓶，每盒共装30个安瓿瓶。 活性成份 MISSION CONTROL™是电解质离子(Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺、LiH、HCO₃/CO₃)缓冲液，并由特殊水平的CO₂、O₂和N₂平衡而成的。本质控不含有血清成份。 使用方法 打开后应立即用于分析仪，按照仪器生产商要求测试质控物质，可以直接用注射器吸取，或用注射器转移，应用毛细管方法。 局限性 本质控可能影响分析结果很多仪器相关因素敏感，因为不是血清基质的底控，它不能检测可能影响测量血液时表现出的仪器故障。 本产品作为质控物质能帮助评价实验室仪器的性能表现，并不能作为校准标准使用，也不能取代一个系统质控程序的其他方面。 贮存 18-25摄氏度保存，避免冷冻或放置与30度以上的温度中，放置于4-25摄氏度中也无不良影响。 靶值范围 附在盒中每个质控物质的靶值范围表是任这同一批号安瓿瓶多次测量的结果，列出的每个仪器测量结果靶代表这些安瓿瓶在23摄氏度测量的结果1度时，结果以相反的方向偏离1%）。(Nota: valores de pO₂ variam inversamente, aproximadamente 1%, por grau C que a ampola varie de 23°C). 靶值范围仅作为评价仪器性能表现的参考指导，由于仪器的设计和操作条件可能会变化，每个实验室应建立自己的靶值及范围，平均值应在靶值范围内。	Россий Способ применения: MISSION CONTROL™ Анализ газов крови и электролитов - это проверенный контроль качества материалов, применяемый для мониторинга измерения pH, pCO₂, pO₂ в аппаратах для анализа газа крови, а также натрия, калия, хлорида, лития, ионизированного кальция и всего углекислого газа в электролитных анализаторах ISE. Описание продукта: Этот контрольный материал применяется для мониторинга анализируемых характеристик. Он упаковывается в заглазные стеклянные ампулы, каждая из которых содержит приблизительно 1,8 мл раствора. Ампулы упаковываются по 10 штук на лотке и по 3 лотка в коробке, значит всего по 30 штук в коробке. Активные ингредиенты: MISSION CONTROL™ - это буферизированный раствор электролитов (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, LiH, HCO₃/CO₃). Он сбалансирован на специальном уровне CO₂, O₂ и N₂. Этот анализ не содержит материалов на базе человеческого организма. Инструкция по использованию: Сразу передать жидкость из ампулы на анализатор, соблюдая инструкции производителя материала для оборудования контрольного материала. Использовать прямую аспирацию, шприц или капиллярный метод. Ограничение: 1. Этот анализ чувствителен ко многим факторам, связанным с приборами, влияющим на аналитические результаты. Поскольку этот материал не на основе крови, невозможно обнаружить точных дисфункций, которые влияют на анализ крови. 2. Этот продукт использует как контрольный материал на качество и может помочь в оценке характеристик лабораторных приборов. Он не используется для калибровки эталонов и не может заменить другой подход к выполнению контроля качества. Хранение: Хранить при 18-25°C. Избегать замораживания и повышения температуры свыше 30°C. Может быть храним при температуре 4-25°C без появления неблагоприятного эффекта. Ожидаемые диапазоны: Величины для каждого контрольного анализа внесены в Диаграмму Ожидаемых Диапазонов, основанную на множестве определенных характеристик случайно выбранных образцов из каждой серии. Значения для каждого прибора представляют ожидаемый диапазон для ампул, тестируемых при 23 °C. (Примечание: величина рО₂ будет отличаться инверсно около одного процента (1%) на каждый градус C при изменении температуры ампулы от 23 °C). Ожидаемые Диапазоны в качестве индикатора при оценке характеристик анализатора. С тем пор как дизайн и условия работы приборов могут меняться, каждая лаборатория должна устанавливать свою собственную ожидаемую величину и контрольные пределы. Значение ожидаемой величины должно попадать в Ожидаемый Диапазон, указанный на диаграмме.
--	---	--	--	--	--	--



Mission Control™ Blood Gas and Electrolyte Control - Level 3

LOT 2504132-EU

2028/03

Expected Ranges Chart

Expected Ranges Chart	pH			pCO ₂ mmHg			pO ₂ mmHg			Na ⁺ mmol/L			K ⁺ mmol/L			Ca ⁺⁺ mmol/L			Cl ⁻ mmol/L			Li ⁺ mmol/L		
Blood Gas/ISE Analyzer	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max
Diamond PROLYTE										158	153	- 163	6.82	6.51	- 7.13				117	112	- 122	2.64	2.48	- 2.80
Diamond SMARTLYTE, GEMLYTE										152	147	- 157	6.38	6.09	- 6.67	0.52	0.44	- 0.60	115	110	- 120	2.24	2.11	- 2.37
Diamond SMARTLYTE PLUS										153	148	- 158	6.81	6.50	- 7.12	0.52	0.44	- 0.60	115	110	- 120	2.27	2.13	- 2.41
Diamond UNITY										156	151	- 161	6.96	6.65	- 7.27				122	117	- 127			
Erba Mannheim, EC 90										174	169	- 179	7.25	6.93	- 7.58	0.65	0.55	- 0.74	132	126	- 138			
Eschweiler Combiline	7.743	7.712	- 7.774	20.9	19.5	- 22.3	149	141	- 157	160	155	- 165	7.42	7.08	- 7.75	0.49	0.42	- 0.56	117	112	- 122	2.36	2.22	- 2.50
Eschweiler Combisys II	7.743	7.712	- 7.774	20.9	19.5	- 22.3	149	141	- 157	160	155	- 165	7.42	7.08	- 7.75	0.49	0.42	- 0.56	120	115	- 126	2.36	2.22	- 2.50
Eschweiler ECOLYTE										159	154	- 164	7.42	7.08	- 7.75	0.49	0.42	- 0.56	120	115	- 126	2.36	2.22	- 2.50
Eschweiler ECOSYS II	7.743	7.712	- 7.774	20.9	19.5	- 22.3	149	141	- 157															
Horiba Yumizen E100										153	148	- 158	6.81	6.50	- 7.12	0.52	0.44	- 0.60	115	110	- 120	2.27	2.13	- 2.41
IL Ilyte	7.757	7.726	- 7.788							163	158	- 168	7.38	7.05	- 7.71	0.84	0.72	- 0.96	122	116	- 127	2.41	2.26	- 2.55
Medica EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/pH/Ca	7.757	7.726	- 7.788							158	153	- 163	7.38	7.05	- 7.71	0.84	0.72	- 0.96	122	116	- 127	2.41	2.26	- 2.55
Radiometer ABL 5	7.721	7.69	- 7.75	22.8	21.3	- 24.3	155	146	- 163															
Radiometer ABL 50, 500, 505, 510, 520, 555	7.762	7.731	- 7.793	19.9	18.6	- 21.2	155	147	- 164	168	163	- 173	7.58	7.24	- 7.92	0.69	0.59	- 0.79						
Radiometer ABL 600, 610, 620, EML-100	7.759	7.728	- 7.790	17.9	16.8	- 19.1	156	148	- 165	155	150	- 160	7.12	6.80	- 7.44	0.92	0.78	- 1.05	116	111	- 121			
Roche/AVL 990, 995	7.740	7.709	- 7.771	19.3	18.0	- 20.5	157	149	- 166															
Roche/AVL 9110, 9140	7.739	7.709	- 7.770							153	148	- 157	6.44	6.15	- 6.73	0.67	0.57	- 0.76						
Roche AVL 9120, 9130										153	148	- 158	6.44	6.15	- 6.73				124	118	- 129			
Roche/AVL 9180, 9181										152	147	- 157	6.38	6.09	- 6.67	0.52	0.44	- 0.60	115	110	- 120	2.24	2.11	- 2.37
Roche/AVL Cobas b 121	7.730	7.699	- 7.761	18.2	17.0	- 19.4	146	138	- 154	166	161	- 171	7.38	7.05	- 7.71	0.64	0.55	- 0.73	125	119	- 130			
Roche/AVL Cobas b 221	7.719	7.689	- 7.750	19.2	18.0	- 20.5	146	138	- 154	165	160	- 170	7.38	7.05	- 7.71	0.64	0.55	- 0.73	123	117	- 128			
Roche/AVL Compact Series	7.744	7.713	- 7.775	18.2	17.0	- 19.4	155	147	- 164															
Siemens/Bayer 248	7.641	7.611	- 7.672	22.7	21.2	- 24.2	142	134	- 150															
Siemens/Bayer 348	7.686	7.655	- 7.717	22.2	20.8	- 23.6	149	141	- 157	165	160	- 170	6.53	6.23	- 6.82	0.57	0.49	- 0.66	115	110	- 120			
Siemens/Bayer 614, 634, 644, 654, 664	7.768	7.74	- 7.80							158	153	- 163	7.09	6.77	- 7.41	0.62	0.53	- 0.71	122	117	- 128	2.26	2.12	- 2.39
Siemens/Bayer 840, 845, 850, 855, 860, 865	7.725	7.694	- 7.756	24.7	23.1	- 26.3	152	144	- 160	152	147	- 156	6.80	6.49	- 7.10	0.53	0.46	- 0.61	114	109	- 119			
Siemens/Bayer RapidPoint 400, 405	7.789	7.758	- 7.821	18.4	17.2	- 19.6	148	140	- 156	170	165	- 175	7.68	7.33	- 8.02	0.60	0.51	- 0.69	122	116	- 127			



For In Vitro Diagnostic Use
In Vitro Diagnostikum

Usage In Vitro

Pour les diagnostics In Vitro

Utilizar Aparatos In Diagnostico In Vitro

TI In Vitro Diagnostik

Для использования в диагностике In Vitro



European Conformity
CE-Konformitätskennzeichnung

Conformité aux normes européennes

Conformidad europea

Conformidade com as normas europeias

Europaisk overensstemmelse

Европейская Адекватность



Temperature Limit
Temperaturlimit

Limite de température

Limite de temperatura

Limite de temperatura

Temperaturgrenze

Температурные ограничения



Consult Instructions for Use
Gebrauchsanweisung beachten

Consultez la notice d'emploi

Consulte las instrucciones de uso

Consulte as instruções de utilização

Benyt bruksanvisningen

Рекомендации по применению



Lot Number
Chargen-Nr.

Numero de lot

Numero de lote

Batchnummer

批号

Номер серии



Use by (YYYY-MM-DD)
Verwendbar bis (JJJJ-MM-TT)

Date de péremption (AAAA-MM-JJ)

Usar hasta el (AAAA-MM-DD)

Utilizar até (AAAA-MM-DD)

Använd för (AAAA-MM-DD)

Использовать для (год-месяц-день розлива)



Manufactured by
Hergestellt von

Fabrique par

Fabricado por

Fabricado por

Fremstillet af

оказатель



Authorized Representative
Bevollmächtigter

Représentant agréé

Representante autorizado

Representante autorizado

Autoriseret repræsentant

Санкционированный представитель



Catalog Number
Katalognummer

Numéro de catalogue

Numero de catálogo

Numero de catálogo

Katalognr.

Номер каталога