

Product And Manufacturer Information

Contents:	1 - Li ⁺ Electrode non-refillable. 2 - Electrode connectors
Intended Use:	Use with Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzers.
Storage:	Store the Li ⁺ electrode at room temperature (18-25°C) until you are ready to use it in your system.
Precautions:	Please check that there are no air bubbles in the fill chamber near membrane sample path area. Daily Rinse may need to be run if noise, drift, or mV range errors are observed.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.
For Technical Assistance call:
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

Installation

- 1 Remove Kapton tape from both sides of the electrode.
- 2 Attach electrode connectors.
- 3 Install electrode in your system.
- 4 Allow the Li⁺ electrode to equilibrate for at least 15 minutes.
- 5 Perform a calibration.
- 6 Analyze quality control samples.

Warranty

Warranty is calculated 3 months from the date of shipment from Holliston, MA.



Информация за производителя и продукта

Съдържание:	1 – Не-Пълним Li ⁺ Електрод. 2 – Електродни конектор
Приложение:	Използвайте Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzers.
Съхраняване:	Съхранявайте Li ⁺ електрода при стайна температура (18-25°C) докато сте готови да го използвате в системата си
Предпазни мерки:	Моля уверете се, че няма въздушни балони в мястото за пълнене в близост до зоната за вливане на пробата. Трябва да се чисти с почистващ разтвор всекидневно, при появата на шум, търкане или др. Проблеми.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

За техническа помощ се обадете на:

Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

Инсталация

- 1 Премахване Kapton лента от двете страни на електрода.
- 2 Свържете електродните конектори.
- 3 Монтирайте лектродите във вашаа система.
- 4 Позволете на Li⁺ електрода да се уравни за минимум 15 минути.
- 5 Направете настройки.
- 6 Анализирайте контролната проба.

Гаранция

Гаранцията се изчислява 3месеца след датата на изпращане от Holliston, MA.



Informace o produktu a výrobci

- Obsah:** 1 - Li⁺ draslíková iontově selektivní elektroda (jednorázová, bez možnosti doplnění).
2 - spojky pro připojení elektrody
- Doporučené použití:** Kompatibilní pouze s Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL Ilyte a Menarini SpotLyte Electrolyte analyzéry.
- Skladování:** Elektrodu Li⁺ skladujte při pokojové teplotě (18-25°C) až do doby jejího použití.
- Prevence:** Přesvědčte se, že v blízkosti membrány uvnitř plnicího kanálku nejsou přítomny vzduchové bubliny. Elektrodu čistěte denně čistícím roztokem. Předejdete tak nechtěnému šumu, hluku, posunu nebo chyb v rozsahu mV.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Technická asistence na čísle:

Diamond Diagnostics technický servis 1-508-429-0450

Instalace

- 1 Odstraňte Kapton pásky z obou stran elektrody.
- 2 Připevněte spojky na elektrodu.
- 3 Nainstalujte elektrodu.
- 4 Li⁺ elektrodu po dobu nejméně 15 minut.
- 5 Proveďte kalibraci.
- 6 Zanalyzujte kontrolní vzorek (vzorek kvality jakosti).

Záruka

Záruka je počítána 3 měsíců od data odeslání z Hollistonu, MA.



Information Produit et Fabricant

Contenu: 1 - Li⁺ Électrode non-rechargeable.
2 - Connecteurs pour électrode

Conseil d'utilisation: Utilisation avec Analyseurs Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte et Analyseurs Électrolyte Menarini SpotLyte.

Stockage: Conservez le Li⁺ électrode à température ambiante (18-25°C) jusqu'à la première utilisation.

Précautions: Vérifiez s'il n'y a pas de bulles d'air a la passage de l'échantillons de sang sous la membrane.
Nettoyage quotidien souhaité si erreurs constatés (bruit, dérivation, décalage de valeurs).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Pour plus de renseignements contactez:

Diamond Diagnostics - Support Technique +1-508-429-0450

Installation

- 1 Retirer le ruban Kapton des deux côtés de l'électrode.
- 2 Attachez l'électrode aux cables.
- 3 Installez l'électrode dans votre système.
- 4 Laissez le réagir (s'équilibrer) pendant au moins 15 minutes.
- 5 Faites un calibrage.
- 6 Pour contrôle qualité faites un test analyse.

Garantie

3 mois a partir de la date d'expédition départ Etats-Unis, Holliston, MA.



Produkt und Hersteller Information

Inhalt: 1 – Li⁺ Elektrode – nicht aufladbar.
2 – Elektrode Anschlüsse

Verwendungszweck: Verwenden Sie mit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL Ilyte und Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzatoren.

Lagerung: Bewahren Sie die Li⁺ Elektrode bei Raumtemperatur (18-25°C) bis Sie bereit sind es in Ihrem System zu verwenden.

Vorsichtsmassnahmen: Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Elektroden Fill-Lösung und überprüfen Sie dass keine Luftblasen in der Füllkammer in der Nähe der benachbarten Membran des Blutprobe Wegs sind. Sie müssen möglicherweise die tägliche Reinigung Lösung ausführen, wenn die Rauschen oder Rutschen oder bei der mV Werte Fehler beobachtet werden.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Um die Technische Hilfe zu bitten, rufen Sie die folgende Telefonnummer

Diamond Diagnostics Technischer Kundendienst: + 1-508-429-0450

Installation

- 1 Entfernen Kapton-Band von beiden Seiten der Elektrode.
- 2 Verbinden Sie die Elektrode Anschlüsse.
- 3 Instillieren Sie die Elektrode in Ihrem System.
- 4 Lassen Sie die Li⁺ Elektrode für mindestens 15 Minuten ausgleichen..
- 5 Führen Sie eine Kalibrierung.
- 6 Analyse einer Qualitätskontrolle Probe.

Garantie

Garantie wird berechnet von 3 Monaten ab dem Datum des Versands von Holliston, MA



Információk a Termékről és a Gyártóról

Tartalom:	1 db Li ⁺ Elektroda 2 db elektroda-csatlakozó
Felhasználás:	Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL Ilyte and Menarini SpotLyte elektrolit analizátorokhoz
Tárolás:	A Li ⁺ elektródát közvetlenül a rendszerben történő felhasználásig tárolja szobahőmérsékleten (18-25°C)!
Figyelmeztetés:	Kérjük, használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e légbuborékok a töltőkamrában a vérminta útvonala mellett elhelyezkedő membrán közelében. Ha zajos vagy eltolt jelet, illetve mV-jellegű hibát tapasztal, használja a tisztítófolyadékot (Daily Cleaning Solution).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Technikai Segítségért hívja az alábbi telefonszámot:

Diamond Diagnostics - Technikai Ügyfélszolgálat: +1-508-429-0450

Használat

- 1 Vegye Kapton szalagot mindkét oldalán elektróda.
- 2 Csatlakoztassa az elektróda-csatlakozókat!
- 3 Helyezze üzembe az elektródát!
- 4 Hagyja az elektródát működni legalább 15 percig, hogy beálljon a megfelelő értékre.
- 5 Végezzen kalibrálást.
- 6 Elemezzen egy minőségellenőrző mintát.

Garancia

A Garancia időtartama 3 hónap, melynek kezdetét Hollistonból, MA államból történő szállítással számítjuk.



Informazioni della Manifatturazione e del Prodotto

Contenuti: 1 - Li⁺ Elettrodo non ricaricabile.
2- Presa da Elettrodo

Uso previsto: Usare con Diamond Prolyte, Medica Easylite, IL Lyte e Menarini SpotLyte Analizzatori Elettroliti.

Conservazione: Conservare l'Elettrodo Li⁺ a temperature ambiente (18-25°C) fino all'usare nel suo sistema.

Precauzioni: Assicurarsi che non ci siano bolle d'aria nella carica dispensa o nella vicinanza della membrana sistemata vicino al percorso del campione di sangue. Soluzione di Pulizia Giornaliera bisogna utilizzare nel caso di rumore, frizione o errori del valore "mV".

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.
Per un'Aiuto Tecnico chiamare il numero seguente:
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

Installazione

- 1 Rimuovere il nastro Kapton da entrambi i lati dell'elettrodo.
- 2 Collegare la presa dell'Elettrodo.
- 3 Installare l'Elettrodo nel suo sistema.
- 4 Lasciare a funzionare l'elettrodo almeno per 15 minuti.
- 5 Faccia una calibrazione.
- 6 Analizzare il risultato dell'esempio del test di qualità.

Garanzia

La durata della garanzia sono 3 mesi incominciati dalla data del trasporto dal Holliston, stato di MA



Produtos e Informações do Fabricante

Conteúdos:	1 - Li ⁺ Eléctrodo não-recarregável. 2 - Conectores de electrodo
Pretendido Uso:	Uso com Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte e Menarini SpotLyte Analisadores de electrólitos.
Armazenamento:	O Li ⁺ Eléctrodo deve ser armazenado a temperatura ambiente (18-25°C) até que você esteja pronto para usá-lo em seu sistema.
Precauções:	Por favor, verifique se o electrodo tem liquido de preenchimento e sem bolhas de ar na câmara de preencher perto do caminho de amostra de membranaarea. Solução de limpeza diária pode ser necessário operado se barulho, movimento, ou mV erros de gama são observados.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para Assistência Técnica Ligue:

Diamond Diagnostics Assistência Técnica a 1-508-429-0450

Instalação

- 1 Remover a fita de Kapton de ambos os lados do electrodo.
- 2 Anexar os conectores de electrodo.
- 3 Instale o electrodo em seu sistema.
- 4 Deixe o electrodo de Li⁺ equilibrar por pelo menos 15 minutos.
- 5 Execute uma calibração.
- 6 Analisar uma amostra de controle de qualidade.

Garantia

Garantia é calculado 3 meses a partir da data de expedição do Holliston, MA.



Informații despre produs și producător

Conținut:	1 electrod de Li ⁺ 2 conectori pentru electrod
Utilizare:	A se folosi cu analizor electrolit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte.
Depozitare:	Electrodul Li ⁺ trebuie ținută la temperatura camerei (18-25°C) până la prima folosire.
Precauție:	Înainte de folosire verificați corpul electrodei să fie umplut până la $\frac{3}{4}$ cu soluție și să nu aibe bule de aer la membrană lângă calea probei. Dacă observați semnal bruiat, deplasat sau eroare de interval mV, clătiți electroda cu Daily Rinse.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.
Pentru asistență tehnică apălați la:
Serviciul Technic Diamond Diagnostics 1-508-429-0450

Instalare

- 1 Scoateți banda de Kapton de la ambele părți ale electrodului.
- 2 Atașați connectorii.
- 3 Instalați electrodul în sistemul dumneavoastră.
- 4 Lăsați electrodul 15 minute pentru echilibrare.
- 5 Executați calibrare în două puncte.
- 6 Analizați o mostră de control de calitate.

Garantie

3 luni de la data expedierii a produsului din Holliston MA, SUA



Información del Producto y del Fabricante

Contenido: 1 – Electrodo de Potasio Li⁺ no rellenable.
2 – Conectores para electrodos.

Uso intencionado: Con los analizadores Ciba Corning, Chiron y Bayer Diagnostics: serie 200 y 800, 634 y el Gasómetro y Analizador de Iones 348.

Almacenamiento: Mantener el Electrodo de Potasio en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización.

Precauciones: Por favor revise que el cuerpo del electrodo esté lleno $\frac{3}{4}$ partes con la Solución de Llenado antes de la instalación y que no existan burbujas en la cámara del electrodo, especialmente cerca del área del conducto de la membrana de medición.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para obtener asistencia técnica, por favor llamar al número telefónico: 1-508-429-0450

Instalación

- 1 Retire la cinta Kapton de ambos lados del electrodo.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analice una muestra del control de calidad.

Garantía

La Garantía se calcula 3 meses a partir de la fecha que sale el envío de nuestras oficinas de Holliston, MA.

